


PRIMLJENO: 15	1303/2		
Org. jed.			Udaljenost

# Anahem

## Laboratorija

Mocartova 10, 11160 Beograd, Srbija

Matični broj: 17615980; Šifra delatnosti: 7120  
 PIB: 103604091; Tekući račun: 205-81605-04  
 www.anahem.org; E-mail: office@anahem.org  
 Tel.: 011 3422 800; Fax: 011 3422 900



ANP-17-09/izdanje 2.0

Beograd, 13/05/2015. god

Podnosioc zahteva:  
 Tehnohemija AD Beograd  
 Viline vode 47, 11158 Beograd  
 Tel./Fax: 066/822 00 55

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 1505060501

Zahtev za ispitivanje br. 15050605 Datum prijema uzoraka: 06.05.2015. god.

Vrsta ispitivanja: Laboratorijsko ispitivanje uzoraka

Uzorkovanje izvršio: dostavljeni uzorci Datum uzorkovanja: /

Oznaka uzoraka:

1. **1505060501**, dejonizovana voda, uzorak 1
2. **1505060502**, dejonizovana voda, uzorak 2

Tabela 1. Rezultati<sup>#</sup> ispitivanja

	<b>Parametar</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Metoda</b>
1.	pH	6,1	4,3	EPA 150.1
2.	Elektroprovodljivost, $\mu\text{S}/\text{cm}$	8,0	11	EPA 120.1
3.	Hloridi, mg/l	<0,05	<0,05	ISO 10304-1
4.	Tvrdoća (ukupna) mg $\text{CaCO}_3/\text{l}$	<0,1	<0,1	SM 2340B
5.	Suvi ostatak na 105°C, mg/l	<0,1	<0,1	EPA 160.3
6.	Bakteriološka analiza:			
	Aerobne mezofilne bakterije na 37°C u 1 ml	248	884	SRPS EN ISO 6222:2010
	Koliformne bakterije u 100 ml	Ne sadrži	Ne sadrži	SRPS EN ISO 9308-1:2010
	Koliformne bakterije fekalnog porekla u 100 ml	Ne sadrži	Ne sadrži	SRPS EN ISO 9308-1:2010
	Streptokoke fekalnog porekla u 100 ml	Ne sadrži	Ne sadrži	SRPS EN ISO 7899-2:2010

**Anahem**  
Laboratorija

	Sulfitoredukujuće klostridije u 100ml	Ne sadrži	Ne sadrži	Priručnik <sup>59</sup> Metoda 5.1.1.*
	Proteus vrste u 100 ml	Ne sadrži	Ne sadrži	DML 11.14*
	Pseudomonas aeruginosa u 100 ml	Ne sadrži	Ne sadrži	SRPS EN ISO 16266:2010*

\*Rezultati se odnose samo na dostavljene uzorke  
\* metoda van obima akreditacije

Odgovorni ispitivač  
za mikrobiološka ispitivanja:

*Nikolina Muzgonja*  
Nikolina Muzgonja,  
Mast. biol.

Rukovodilac laboratorije  
za ispitivanje voda:

*Jelena Kečkeš*  
Jelena Kečkeš,  
Dipl.fiz - hem.

**Anahem**  
Laboratorija  
Mocartova 10, 11160 Beograd

Zamenik direktora:

*Latinka Slavković Beškoski*  
Latinka Slavković Beškoski,  
Dipl.fiz.- hem.